

Số: 589 /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THƯ YÊU CẦU

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Căn cứ nhu cầu mua sắm vật tư và hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận;

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá theo danh mục sau:

- Danh mục: theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Bệnh viện, đề nghị Quý nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

S T T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Quy cách/ Hạn dùng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Phân nhóm TT 14/2020/T T-BYT
Tổng cộng											

Ghi chú:

- Đơn giá trên bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, thay thế và bảo hành linh kiện.

- Hàng hóa phải bảo đảm chất lượng, thông số kỹ thuật, tài liệu chứng minh theo quy định

- Quý Công ty có thể tham gia báo giá một hoặc nhiều nhóm danh mục, nhưng phải báo giá toàn bộ các mặt hàng trong nhóm danh mục đó.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện: benhvienninhthuan.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá:.....

Tên nhóm danh mục báo giá:.....

Nơi nhận: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hồng Phòng VTTBYT – SĐT: 0933.382.248

Quý Công ty vui lòng gửi Báo giá về Phòng VTTBYT – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, trước 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023. Sau ngày này, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận không nhận được Báo giá của Quý Công ty thì xem như Quý Công ty không tham gia báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTV. 52



GIÁM ĐỐC

Thái Phương Phiên

DANH MỤC VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH
(Danh mục đính kèm Thư yêu cầu số 589 /TYC-BVT ngày 17 tháng 3 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Phân nhóm
I. VẬT TƯ Y TẾ						
1	Bơm tiêm điện 50cc	Được làm từ nhựa PP dùng trong y tế, kim thape không rỉ, sắc bén Vật liệu PE		Cái	2.600	Nhóm 6
2	Dây nối bơm tiêm điện dài 150 cm	Đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2 mm, thể tích mỗi 1,18 ml Chiều dài dây 150 cm, Vật liệu PE, không có PVC Dùng cho bơm tiêm điện áp suất nhỏ hơn 4 bar Đầu nối Luer Lock		Cái	2.000	Nhóm 3
3	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường, kim thẳng, cỡ 420	Kim dẫn đường sắc bén Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vận xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn Có dao mổ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 6F, chiều dài 20cm, 1 nòng, kích cỡ nòng G14 Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG.		Cái	50	Nhóm 3
4	Dây truyền dịch tự động	- Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu được áp lực đến 2 bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Màng lọc dịch 15 µm - Đầu khóa vận xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC		Cái	400	Nhóm 3
II. HOÁ CHẤT DÙNG CHO MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG						
1	Thuốc thử xét nghiệm HBsAg	-Độ nhạy: 99.9 %, n = 1025 -Độ đặc hiệu: 99.98 %, n = 6360 nhóm túi máu hiến và 99.88 %, n = 3593 nhóm thường quy Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411		Test	400	Nhóm 3
2	Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV	Thể tích mẫu: 50(µl) Độ nhạy: 100 % (n=765) Độ đặc hiệu: 99.84 % (n=6850, túi máu hiến) / 99.66 % (n=3922, bệnh nhân thường qui) Thuốc thử đã bao gồm calset Ngưỡng đo: COI=1 <0.9 (nonreactive) ≥1.0(reactive) ≥0.9<1 borderline Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411		Test	400	Nhóm 3
3	Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV	Thể tích mẫu: 40(µl) Độ nhạy: 100 % (n=1532) Độ đặc hiệu: 99.88 % (n=7343, túi máu hiến) / 99.81 % (n=4103, mẫu thường quy) Thuốc thử đã bao gồm calset Ngưỡng đo: COI < 0.9 (nonreactive) / ≥ 1.0 (reactive) Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411		Test	300	Nhóm 3
4	Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa ProCell	Dung dịch cung cấp cơ chất cho tín hiệu điện hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch, vừa thực hiện chức năng rửa điện cực, loại bỏ các hạt vi mô được phủ streptavidin và tạo ra tín hiệu Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411	6 x 380 ml/ hộp	Hộp	7	Nhóm 3
5	Dung dịch rửa CleanCell	Dung dịch rửa hệ thống miễn dịch, dùng rửa đường ống, điện cực, kim hút Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411	6 x 380 ml/ hộp	Hộp	7	Nhóm 3
6	Dung dịch rửa Syswash	Dung dịch bổ sung vào thùng chứa nước cất, tăng cường rửa hiệu quả giữa các bước hút mẫu và cần thiết cho tất cả các thử nghiệm thông số. Tương thích với máy miễn dịch cobas e 411	500 ml/ hộp	Hộp	5	Nhóm 3
7	Đầu côn hút mẫu	Típ hút mẫu dùng trên hệ thống cobas e 411	30 x 120 cái/ hộp	Hộp	7	Nhóm 3
8	Cốc đựng mẫu	Cup chứa mẫu dùng trên hệ thống cobas e 411	60 x 60 cái / hộp	Hộp	2	Nhóm 3

Khưu

