

Số: /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện cho hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI), hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và nâng cấp hệ thống X-Quang CR phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 09 tháng 4 năm 2025 đến trước 16h ngày 22 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22/4/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện cho hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI), hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và nâng cấp hệ thống X-Quang CR của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Đối với danh mục dịch vụ bảo trì: cung cấp giấy ủy quyền của hãng nếu Công ty là đại lý được ủy quyền thực hiện dịch vụ bảo trì.

- Đối với danh mục nâng cấp hệ thống X-quang CR thành hệ thống DR cung cấp:

+ Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa (catalogue hàng hóa của nhà sản xuất, tài liệu của nhà sản xuất) (nếu có);

+ Cam kết phải tương thích với hệ thống X-quang của bệnh viện hiện có.

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm thực hiện: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Tim mạch can thiệp – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

4. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCG₅

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC 01

**DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ BAO GỒM THAY THỂ LINH KIỆN/
PHỤ KIỆN CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ, HỆ THỐNG CHỤP
MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG X-QUANG CR**

(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVT ngày / /2025 của Bệnh viện tỉnh)

Stt	Tên thiết bị	Nội dung bảo trì	Đvt	Số lượng
I.	Nhóm số 1: Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện cho hệ thống chụp cộng hưởng từ			
1	Hệ thống chụp cộng hưởng từ (Model 1-5T Brivo MR355, hãng GE) Thời gian thực hiện 36 tháng	I. Kiểm tra máy và thay thế linh kiện bị hỏng để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động: Linh kiện thay thế có thể bao gồm: 01 Miếng đệm lót đầu cho bệnh nhân khi chụp cộng hưởng từ. 01 Bộ đệm lót dùng cho bàn bệnh nhân, dùng để định vị bệnh nhân trong quá trình chụp cộng hưởng từ MR. 01 Đai cố định bệnh nhân bằng vải lắp ở bàn chụp bệnh nhân của máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla (gồm đai bé và lớn). 01 Bộ xử lý quản lý năng lượng sóng RF dùng cho máy MRI. II. Nâng cấp hệ thống máy: Nâng cấp lên phiên bản mới là Signa Explorer 1.5T 30.1 và ARDL. Cài đặt phần mềm nâng cao tương thích phiên bản nâng cấp. III. Nội dung bảo trì: 1. Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy chính theo tiêu chuẩn quy định của hãng GEHC: ≥ 04 lần/năm (03 tháng/lần). - Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 9:00 đến 18:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc. - Nhân sự và công cụ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ: Kỹ sư được đào tạo chính hãng sản xuất GEHC thực hiện và theo tiêu chuẩn hãng sản xuất GEHC. - Nội dung bảo trì: theo quy trình chuẩn của hãng GEHC. 2. Xử lý sự cố khẩn cấp: - Không giới hạn số lần khi nhận cuộc gọi thông báo sự cố, lỗi xảy ra trên máy, đến kiểm tra và khắc phục các lỗi, sự cố trong suốt thời gian bảo trì. - Thời gian có mặt tại đơn vị để kiểm tra và khắc	Hệ thống	01

Stt	Tên thiết bị	Nội dung bảo trì	Dvt	Số lượng
		phục lỗi, sự cố: trong vòng 48-72 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố. - Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa. Áp dụng cho những ngày làm việc trong tuần: + Thời gian phản hồi: trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi + Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu không khắc phục từ xa được: trong vòng 08 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố. + Trong trường hợp sự cố đột xuất xảy ra vào thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ thì nhà thầu thực hiện tư vấn qua điện thoại nếu khẩn cấp để phục vụ bệnh nhân. 3. Thay thế tất cả các linh kiện cho hệ thống máy chính trong phạm vi bảo trì khi xảy ra sự cố cần thay thế để khắc phục, đảm bảo máy hoạt động ổn định và liên tục, không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. - Các vật tư, linh kiện thay thế trong quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo mới 100%, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế (cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO); chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc chứng nhận công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận công bố hợp quy của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho hàng hóa hoặc vật tư, linh kiện thay thế; giấy tờ hải quan, giấy tờ nhập khẩu theo quy định). - Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. - Cam kết tổng thời gian hoạt động của hệ thống trong thời gian dịch vụ bảo trì tối thiểu 95% (không bao gồm thời gian hệ thống ngừng để làm bảo trì/bảo dưỡng định kỳ; các ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật; các ngày nghỉ lễ theo quy định Nhà nước Việt Nam và các quy định khác của nhà sản xuất khác (nếu có). - Trường hợp tổng thời gian hoạt động không đạt 95% thì sẽ bù và cộng thêm 02 ngày cho mỗi ngày dừng vượt quá thời gian cam kết. - Cam kết đảm bảo hệ thống sau bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. - Cam kết theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng		

Stt	Tên thiết bị	Nội dung bảo trì	Dvt	Số lượng
		khuyến nghị. - Cam kết tối thiểu có 01 kỹ sư thực hiện dịch vụ được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. - Cam kết thực hiện theo quy trình công việc sau: + Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên. + Đánh giá tình trạng hệ thống sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của hai bên.		
II.	Nhóm số 2: Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện cho hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền			
1	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Model Allura Xper FD20, hãng Philips Thời gian thực hiện 36 tháng	I. Kiểm tra máy và thay thế linh kiện bị hỏng để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động: Linh kiện thay thế có thể bao gồm: Bộ chuẩn trục tia II. Nội dung bảo trì: 1. Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy chính theo tiêu chuẩn quy định của hãng Philips: ≥ 04 lần/năm (03 tháng/lần). 2. Thay thế tất cả các linh kiện cho hệ thống máy chính trong phạm vi bảo trì khi xảy ra sự cố cần thay thế để khắc phục, đảm bảo máy hoạt động ổn định và liên tục, không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. - Các vật tư, linh kiện thay thế trong quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo mới 100%, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu trang thiết bị y tế (cam kết cung cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO); chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc chứng nhận công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận công bố hợp quy của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho hàng hóa hoặc vật tư, linh kiện thay thế; giấy tờ hải quan, giấy tờ nhập khẩu theo quy định). - Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. - Cam kết tổng thời gian hoạt động của hệ thống trong thời gian dịch vụ bảo trì tối thiểu 95% (không bao gồm thời gian hệ thống ngừng để làm bảo trì/bảo dưỡng định kỳ; các ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật; các ngày nghỉ lễ theo quy định Nhà nước Việt Nam và các quy định khác của nhà sản	Hệ thống	01

Stt	Tên thiết bị	Nội dung bảo trì	Dvt	Số lượng
		xuất khác (nếu có). - Trường hợp tổng thời gian hoạt động không đạt 95% thì sẽ bù và cộng thêm 02 ngày cho mỗi ngày dừng vượt quá thời gian cam kết. - Cam kết đảm bảo hệ thống sau bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. - Cam kết theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị. - Cam kết tối thiểu có 01 kỹ sư thực hiện dịch vụ được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. - Cam kết thực hiện theo quy trình công việc sau: + Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên. + Đánh giá tình trạng hệ thống sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của hai bên.		
III.	Nhóm số 3: Nâng cấp hệ thống X-quang CR thành hệ thống X-quang DR (Tương thích với máy X-quang cao tần Model Eva Hf 525, hãng Gemss Medical Systems Co., Ltd/Hàn Quốc)		Hệ thống	01

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên thiết bị y tế	Nội dung dịch vụ và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A					
2	Thiết bị B					
n	...					
	Tổng cộng					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))