

Số: /TYC-BVT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 16h ngày 20 tháng 5 năm 2025 đến trước 16h ngày 30 tháng 5 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30/5/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa tại phụ lục 02.1 (Số phiếu tiếp nhận, sổ lưu hành, sổ đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại phụ lục 1 (nếu có).

- Catalogue của nhà sản xuất và bản dịch sang tiếng việt của hàng hoá kèm hình ảnh giới thiệu sản phẩm của từng thiết bị y tế (đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> hoặc <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn> hoặc vtyt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị y tế.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₂

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVT ngày / / 2025 của Bệnh viện tỉnh)

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Hệ thống chụp CT Scanner	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu thiết bị: - Số lát cắt ≥ 32 lát cắt - Có ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Hệ thống máy chính và liệt kê các phụ kiện kèm theo. - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	1
2	Máy đo điện tim	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V $\pm$ 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp môi trường ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình thiết bị: Máy đo điện tim 6 cần Máy chính với màn hình ≥ 5 inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, phụ kiện kèm theo gồm: dây nguồn, Adaptor, bộ dây điện cực, xe đẩy máy. - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	7

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
3	Máy bơm tiêm điện	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: phù hợp với nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm: - Máy chính: 01 cái - Giá treo máy: 01 cái - Pin sạc: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: Chức năng: - Máy sử dụng được bơm tiêm của nhiều hãng khác nhau với các loại bơm 10, 20, 30, 50 ml. - Có chức năng báo động: Tắc nghẽn, truyền dịch xong, mất nguồn, lắp bơm không đúng, pin yếu. - Có chức năng an toàn: Cài đặt giá trị giới hạn tốc độ dòng chảy. - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	31
4	Đèn chiếu vàng da	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Loại 2 mặt - Sử dụng bóng đèn LED - Có hiển thị thời gian chiếu. - Thiết kế đảm bảo an toàn về điện. - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	5
5	Dao mổ điện cao tần	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Có màn hình hiển thị công suất - Có đầy đủ tính năng cắt, cầm máu đơn cực và lưỡng cực - Có tính năng an toàn tránh việc bệnh nhân bỏng do tẩm điện cực không tiếp xúc - Tương thích với nhiều phụ kiện của các hãng khác. - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	3

Stt	Danh mục	Yêu cầu về kỹ thuật	Đvt	Số lượng
6	Máy gây mê	I.Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn cung cấp: 220V-240V, 50/60Hz - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng và bảo trì định kỳ 3 tháng/lần. - Máy sử dụng được cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. II.Cấu hình thiết bị: Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: - Dây khí nén: 01 chiếc - Dây oxy: 01 chiếc - Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và air: 01 bộ - Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc - Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ thải khí mê: 01 bộ - Bình bốc hơi: 01 bình - Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ - Khối đo khí mê tích hợp trong thân máy: 01 chiếc - Xe đẩy: 01 chiếc - Phụ kiện khác kèm theo (nếu có). - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	2
7	Máy theo dõi bệnh nhân	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Chất lượng máy: Mới 100% - Các thông số: ECG, hô hấp, nhiệt độ, SPO2, NIBP, IBP - Màn hình ≥ 12 inch - Có xe để máy - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	6
8	Máy tạo nhịp tạm thời	- Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Chất lượng máy: Mới 100% - Loại 2 buồng - Nhịp cơ bản 30-200 nhịp/phút - Nhịp tối đa 80-230 nhịp/phút - Chế độ tạo nhịp: DDD, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO - Gửi Catalogue hình ảnh màu	Cái	1

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Bảo hành ($\geq$ tháng)	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02.1**MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN*****Kính gửi: Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận***

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại TBYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Ghi chú
1								
2								
...								

...., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))