

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Luân - Phòng VTTBYT – SĐT: 0979.666.904.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 15h ngày 18 tháng 5 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục 02.

- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại Phụ lục 02.1 (Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá). Công ty có thể gửi tài liệu sau thời hạn nhận báo giá trong vòng 5 ngày làm việc.

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại Phụ lục 01 (nếu có).

- Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của hàng hoá (đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> hoặc <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn> hoặc vtyt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Luân - Phòng VTTBYT – SĐT: 0979.666.904, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₄

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH

(Đính kèm Thư yêu cầu số: /TYC-BVNT ngày /5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
I	Phần 1: Vật tư dùng trong chẩn đoán hình ảnh			
1	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích thước: 24cm x 30cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	4
2	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích thước: 35.4cm x 35,4cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	6
3	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích thước: 35.4cm x 43cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	6
4	Phim dùng cho chụp X-quang y tế	Kích thước: 26cm x 36cm Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000	Tấm	180.000
5	Phim dùng cho chụp X-quang y tế	Kích thước: 35cm x 43cm Tương thích với dòng máy in phim model: DryPix 6000 và DryPix 4000	Tấm	130.000
6	Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích Thước: 24cm x 30cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	4
7	Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích Thước: 35.4cm x 35.4cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	6
8	Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số	Kích Thước: 35.4cm x 43cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc	Cái	6
II	Phần 2: Vật tư dùng cho máy chạy thận nhân tạo			
1	Dây chạy thận nhân tạo	Chất liệu: Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex Thể tích mỗi: 136ml Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (Đường kính trong x Đường kính ngoài x Chiều dài): $\geq (8 \times 12 \times 230\text{mm})$ Có túi ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch	Bộ	30.000

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
2	Kim chạy thận nhân tạo	Kim chạy thận nhân tạo bằng thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ: 16G x 1" Chiều dài kim: $\geq 25\text{mm}$ Dây nối làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa Pyrogenic và không Latex Chiều dài dây nối: $\geq 300\text{mm}$	Cái	150.000
3	Quả lọc thận nhân tạo	Nguyên liệu: Màng lọc làm từ sợi Polynephron hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP Diện tích: $\geq 1.5\text{m}^2$ Thể tích mỗi: 91ml Hệ số siêu lọc: KUF: ≥ 20 (ml/giờ/mmHg) Tiệt trùng	Quả	15.000
III	Phần 3: Y dụng cụ			
1	Bàn để dụng cụ phẫu thuật	Chất liệu: Inox hoặc tương đương, 2 tầng, có bánh xe di chuyển	Cái	1
2	Cân điện tử y tế có thước đo chiều cao	Tải trọng: 200 - 300kg - Sai số: $\pm 0.1\text{kg}$ (độ chia 50 - 100g) - Đo chiều cao: 70 - 200cm - Màn hình: LED/LCD - Nguồn: Điện + Pin - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Chức năng: Tự về 0, trừ bì, giữ số	Cái	1
3	Chén tròn	Thể tích: $\geq 100\text{ml}$	Cái	212
4	Đèn gù sưởi ấm	Bao gồm bóng	Cái	10
5	Đèn khám bệnh bằng pin	Bao gồm bóng và pin	Cái	4
6	Ghế xoay inox	Chất liệu inox, tăng giảm được chiều cao, 4 chân	Cái	2
7	Giá đỡ ống li tâm 2 tầng inox		Cái	1
8	Hộp đựng gòn	Chất liệu: Inox hoặc tương đương Kích thước: \geq (đường kính 7.5cm x cao 6cm)	Cái	251
9	Kẹp kẹp kim	Dài 20cm	Cái	20
10	Kéo cắt chỉ	Dài 12cm, loại cong	Cái	310
11	Kéo cắt chỉ	Dài 12cm, loại thẳng	Cái	103
12	Kéo thẳng đầu nhọn	Dài 12cm	Cái	15
13	Kéo thẳng đầu nhọn	Dài 16cm	Cái	5
14	Kẹp phẫu tích	Dài 16cm, không máu	Cái	100
15	Khay inox	Kích thước: \geq (30 x 40cm)	Cái	2
16	Khay quả đậu	Thể tích: ≥ 800 ml	Cái	50
17	Kim kẹp kim	Dài 18cm	Cái	5
18	Kính lúp		Cái	1
19	Nệm xe đẩy bệnh nhân	Kích thước: \geq (60 x 190 x 5cm)	Cái	3
20	Nhiệt kế hồng ngoại điện tử		Cái	6

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
21	Nôi em bé	Có bánh xe, khay nôi bằng nhựa trong suốt, nệm bọc simili, có thể điều chỉnh chiều cao	Cái	1
22	Ổng nghe		Cái	5
23	Pen cong	Dài 16cm, không mấu	Cái	120
24	Pen thẳng	Dài 16cm, không mấu	Cái	316
25	Pen thẳng	Kẹp Kocher, dài 25cm, có răng, không mấu	Cái	50
26	Trụ treo dịch truyền	Chất liệu: Inox hoặc tương đương Có 4 móc, 4 bánh xe, cao 2m	Cái	47
27	Tủ thuốc thường	Chất liệu: Inox hoặc tương đương Kích thước (Rộng x Dài x Cao): $\geq (40 \times 80 \times 160\text{cm})$	Cái	3
28	Túi cấp cứu	Sử dụng đựng thuốc, vật tư y tế, các dụng cụ cấp cứu khác (Có nhiều ngăn theo mẫu quy định: màu đỏ, có biểu tượng chữ thập)	Cái	2
29	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	Kích thước (Rộng x Cao): $\geq (64 \times 87\text{cm})$ Chiều rộng lưng ghế $\geq 46\text{cm}$, chiều cao ghế ngồi $\geq 49\text{cm}$ Tải trọng $\geq 100\text{kg}$	Chiếc	12
30	Xe tiêm	Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): $\geq (750 \times 475 \times 920\text{mm})$ Ngăn kéo 05 ngăn: 02 ngăn kéo nhỏ, 02 ngăn kéo trung và 01 ngăn kéo lớn, có khoá trung tâm cho các ngăn kéo 04 bánh xe (02 bánh có khoá, 01 bánh tự do và 01 bánh điều hướng), không gây ồn trong quá trình vận chuyển 01 hộp đựng tài liệu Nguồn cấp: ổ cắm điện có thể di chuyển và tháo rời Thùng rác và bình huỷ kim: có 02 thùng rác được phân loại màu xanh và vàng. Có 01 bình huỷ kim 0.5 lít Cây truyền dịch: 01 cây lắp vào cột thân chính Giá đỡ bình oxy: có thể thu vào, dây đai cố định trên thân chính của xe đẩy Có vị trí đặt máy khử rung tim Lan can làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương	Chiếc	5
31	Xe tiêm	Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, có hộc kéo, 2 tầng Kích thước (Rộng x Dài x Cao): $\geq (60 \times 80 \times 80\text{cm})$	Chiếc	3
32	Xe tiêm	Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, 3 tầng Kích thước (Rộng x Dài x Cao): $\geq (50 \times 80 \times 80\text{cm})$	Chiếc	2
33	Xe tiêm có hộc đựng dụng cụ cấp cứu		Chiếc	3

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng/nước sản xuất	Mã HS	Hạn dùng (\geq tháng)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02.1**MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN*****Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận***

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại BHYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Ghi chú
1								
2								
...								

...., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))