

Số: 3943 /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chi - Phòng VTTBYT – SĐT: 0379.338.838
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn theo quy định.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 15h ngày 12 tháng 10 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Phụ lục).
- Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:
 - Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại Biểu mẫu 01.
 - Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại Biểu mẫu 01.2 (Số phiếu tiếp nhận, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; Phân loại TBYT; Hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B; Mã kê khai giá). Công ty có thể gửi tài liệu sau thời hạn nhận báo giá trong vòng 5 ngày làm việc.
 - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại Phụ lục (nếu có).
 - Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng việt của hàng hoá (đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> hoặc <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn> hoặc vtvt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

- Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu có danh mục tương tự tại các Bệnh viện công lập bằng hình thức đấu thầu rộng rãi gần nhất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₅

GIÁM ĐỐC



Lê Huy Thạch

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm Thư yêu cầu số:3943 /TYC-BVNT ngày 29 /9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
I.	Phần 1: Vật tư dùng cho kỹ thuật đặt buồng tiêm dưới da			
1	Kim dùng cho buồng tiêm truyền	- Đường kính: 20 - 22G - Chiều dài kim: 15-25mm - Không chứa thành phần PVC và DEHP - Được tiệt trùng	Cái	500
2	Bơm truyền tự động đàn hồi	Bơm truyền tự động chuyên dùng cho thuốc có chứa hóa chất 5-Fluorouracil và các loại thuốc ung thư khác, vỏ bảo vệ cứng, trong suốt, có vạch chia theo đôi thể tích, chống được tia cực tím bước sóng 390nm, chống tia UVB, UVA, UVC. Thể tích: ≥100ml Tốc độ dòng: 2.0, 4.0ml/giờ ±10% Vật liệu: nhựa không chứa DEHP, bóng bơm nguyên liệu silicone. Bộ hạn chế lưu lượng làm từ vật liệu TPU (Polyurethane nhiệt dẻo). Sử dụng 01 lần	Cái	50
II.	Phần 2: Vật tư dùng cho máy chạy thận nhân tạo			
1	Bộ dây chạy thận nhân tạo	Chất liệu: Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch ≥2725mm, dây động mạch ≥3685mm. Thể tích mỗi: ≤152ml. Kích thước bầu: ≥(4.7x 7.0x 25)mm. Có túi ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≥(8.25 x 12.55 x 410)mm.	Bộ	30.000

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
2	Kim chạy thận nhân tạo	- Kim: thép không gỉ hoặc tương đương - Kích cỡ 16G - Chiều dài kim: $\geq 25\text{mm}$, đường kính trong kim $\geq 1.45\text{mm}$, đường kính ngoài kim $\geq 1.6\text{mm}$. - Dây nối làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa Pyrogenic và không Latex - Chiều dài dây nối: $\geq 300\text{mm}$, đường kính trong dây $\geq 3.5\text{mm}$, đường kính ngoài dây $\geq 5.5\text{mm}$. - Tiệt trùng ETO	Cái	200.000
3	Quả lọc thận nhân tạo	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: 1.5 m². Thể tích môi: $\leq 91\text{ mL}$. Hệ số siêu lọc: KUF: $\geq 20\text{ (mL/giờ/mmHg)}$. TMP: 500mmHg. Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương. Tiệt trùng	Quả	15.000
4	Quả lọc thận nhân tạo	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: 1.7 m². Thể tích môi: $\geq 91\text{ mL}$. Hệ số siêu lọc: KUF: $\geq 20\text{ (mL/giờ/mmHg)}$. TMP: 500mmHg. Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương. Tiệt trùng	Quả	15.000
III.	Phần 3: Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống thắt lưng ở bệnh nhân loãng xương			
1	Vít rộng ruột bơm xi măng các cỡ	Chất liệu: Hợp chất Titan hoặc tương đương Đường kính từ 4.5 - 8.0mm, chiều dài từ 30 - 80mm. Có 4 lỗ phân bố đều xung quanh trục để bơm xi măng vào thân sống. Đầu vít đường kính 12.5mm, độ cao 16mm. Thiết kế dạng hình vuông thon gọn, có 3 rãnh, thân vít thiết kế 2 bước ren.	Cái	200
2	Kim bơm xi măng dùng cho vít rộng	Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương Chiều dài 179.4mm Đầu kim tương thích với lỗ bơm của vít có dạng chuỗi hình vuông, có 3 rãnh	Cái	70
3	Thanh nối dọc	Chất liệu: hợp chất Titanium hoặc tương đương Đường kính 5.5mm, dài 40 - 80mm Thiết kế: hai đầu có thiết kế lục giác giúp giữ cố định chống xoay. Tương thích với mũ vít hình vuông thon gọn có 3 rãnh	Cái	60

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
4	Thanh nối dọc	Chất liệu: hợp chất Titanium hoặc tương đương Đường kính 5.5mm, dài 90 - 350mm Hai đầu có thiết kế lục giác giúp giữ cố định chống xoay. Tương thích với mũ vít hình vuông thon gọn có 3 rãnh	Cái	15
5	Ốc khóa trong	Chất liệu: hợp chất Titan hoặc tương đương Kích thước: độ cao ốc 5mm. BƯỚC ren xoắn ốc	Cái	200
6	Thanh nối ngang	Chất liệu: Hợp chất Titanium hoặc tương đương Đường kính 5.5mm, dài 70mm Bao gồm nẹp giữ thanh nối ngang tương thích thanh dọc 5.5mm kèm theo 02 ốc khóa trong để xiết chặt	Cái	10
7	Miếng ghép đĩa lõi bên có trục xoay các cỡ	Chất liệu: PEEK hoặc tương đương Kích thước: chiều dài 30mm, chiều cao 8.5 - 14.5mm, góc 5 độ. Thiết kế: dạng cong có 3 điểm định vị cân quang, có trục xoay đa chiều định vị khi đưa vào khoan đĩa đệm. Khoang nhồi xương lớn với 2 lỗ tròn hỗ trợ lưu thông máu. Tiệt trùng	Cái	40
IV. Phần 4: Tấm nhận ảnh (IP) dùng cho máy quét phim nha khoa				
1	Tấm nhận ảnh (IP)	Kích thước: 1 x 0.8 inch Dùng cho máy quét phim kỹ thuật số Model: DS630, hãng/nước sản xuất: Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd/Trung Quốc	Tấm	10
2	Tấm nhận ảnh (IP)	Kích thước: 1.5 x 0.9 inch Dùng cho máy quét phim kỹ thuật số Model: DS630, hãng/nước sản xuất: Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd/Trung Quốc	Tấm	10
3	Tấm nhận ảnh (IP)	Kích thước: 1.5 x 1.2 inch Dùng cho máy quét phim kỹ thuật số Model: DS630, hãng/nước sản xuất: Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd/Trung Quốc	Tấm	10
V. Phần 5: Chỉ thị kiểm soát quá trình tiệt trùng				
1	Chỉ thị hóa học	Chỉ thị hóa học sử dụng để giám sát quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và hơi nước Kích thước: $\geq (5.1\text{cm} \times 1.9\text{cm})$ Hộp ≥ 500 miếng	Hộp	175
2	Chỉ thị nhiệt	Dạng gói gồm một tờ chỉ thị hoá học nhạy cảm với hơi nước bên trong, không chứa chì. - Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không - Dùng cho lò hấp tiệt trùng bằng hơi nước	Gói	700

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
3	Chỉ thị sinh học	Kiểm soát quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C và hút chân không ở 132°C. Cấu tạo: Ống chứa sẵn bào tử vi khuẩn Geobacillus stearothermophilus Có một ống thủy tinh bên trong lọ nhựa của chỉ thị sinh học. Vạch chỉ thị tiếp xúc trên nhãn sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu/đen sau tiệt khuẩn.	Ống	700
4	Chỉ thị hoá học	Chỉ thị hoá học dùng cho máy STERRAD 100S Kích thước: $\geq (1,9\text{cm} \times 5,1\text{cm})$ Hộp ≥ 250 miếng	Hộp	70
5	Chỉ thị sinh học	Chỉ thị sinh học dùng cho máy STERRAD 100S Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ Hộp ≥ 30 ống	Hộp	8
VI.	Phần 6: Bàn siêu âm			
1	Bàn siêu âm	- Kích thước khoảng: 1900x600x600mm. - Góc nâng đầu 60 độ. - Bọc cao su chống trượt. - Nệm dày khoảng $\geq 100\text{mm}$, khung bằng Inox 304 hoặc tương đương.	Cái	2

BIỂU MẪU 01
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng/nước sản xuất	Mã HS	Hạn dùng ($\geq$ tháng)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)*(10)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									
	Tổng cộng									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

BIỂU MẪU 01.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] cung cấp như sau:

Stt	Stt theo thư yêu cầu chào giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Mã sản phẩm	Phân loại TBYT	Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B)	Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D)	Ghi chú
1								
2								
...								

Lưu ý: Mặt hàng nào không phải thiết bị y tế đề nghị Công ty điền vào cột ghi chú là “không phải thiết bị y tế”.

...., ngày.... tháng....năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))