

Số: /TYC-BVNT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục mua sắm hàng hóa, linh kiện thay thế, dịch vụ kiểm định, bảo trì, sửa chữa cho các thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Uyên - Phòng VTTBYT – SĐT: 07979.33.962.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 16h ngày 18 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18/08/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm hàng hóa, linh kiện thay thế, dịch vụ kiểm định, bảo trì, sửa chữa cho các thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02.
- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hoá: catalogue hàng hoá của nhà sản xuất, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 01 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: **Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Uyên - Phòng VTTBYT – SĐT: 07979.33.962, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.**

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT₂

GIÁM ĐỐC

Lê Huy Thạch

PHỤ LỤC I
DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ KIỂM
ĐỊNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ
CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025)

STT	Danh mục thiết bị	Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ	ĐVT	Số lượng
I.	MUA SẮM HÀNG HÓA			
1	Xe đẩy bình oxy 70 lít	- Kích thước (D x R): 1300 x 320mm - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, độ dày 1mm, an toàn, chắc chắn, chống ăn mòn tốt - Thân xe làm bằng ống phi 25, khoảng cách 2 ống 16cm, phía trên ống có uốn cong để làm tay cầm - Giá đỡ bình oxy có kích thước (D x R) 32cm x 32cm, độ dày 2mm - Có 2 dây xích chằng giữa bình dài 400mm, dùng để cố định bình oxy - Bánh xe di chuyển: 4 bánh + Phía trước: 2 bánh xe có đường kính 200mm + Phía sau: 2 bánh xe có đường kính 75mm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	05
2	Máy hàn miệng túi liên tục	- Nguồn điện: 220VAC/50Hz - Công suất: 650-800W - Tốc độ hàn (m/min): 0-16 (có thể điều chỉnh tốc độ hàn) - Bề dày đường hàn (mm): ≥ 5 đến ≤ 10 - Nhiệt độ hàn (°C): 0-300 có thể chỉnh nhiệt phù hợp - Máy hàn được 1 lớp nilon và 1 lớp giấy - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	02
3	Máy châm xà phòng tự động	- Chất liệu: Nhựa - Loại: treo tường - Dung tích: 550-600ml -Dùng dịch ra 1 lần 1 ml	Cái	08

		- Nguồn DC 6V - Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
4	Máy phun cồn tự động	- Loại: treo tường - Cảm ứng tự động - Công suất định mức: 15-20W - Dung tích: 900-1000ml - Khối lượng phun: 0.8-1.5cc - Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	08
II. MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ				
1	Pin sạc	- Điện áp: 12v - Dòng điện: 800 mAh - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Bộ	02
2	Bộ nguồn	- Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Bộ	01
3	Sensor áp lực	- Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	01
4	Kẹp đuôi cho máy bơm tiêm điện	- Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Bộ	01
5	Sensor vị trí ống tiêm	- Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5530 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Bộ	01
6	Pin sạc	- Điện áp: 12v - Dòng điện: 1800 mAh - Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	04
7	Đệm cửa	- Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top)	Cái	04

		- Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
8	Card xử lý ảnh	- Dung lượng: 512Mb - Tương thích với máy siêu âm (Model: Sonix Touch của hãng Ultrasonix) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	01
9	Ổ cứng	- Dung lượng: 500Gb - Size: 2.5 inch - Điện 1 pha: 220V - Có cài sẵn phần mềm ứng dụng siêu âm - Tương thích với máy siêu âm (Model: Clearvue 350 của hãng Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	01
10	Ổ đĩa raid	- Dung lượng: 300Gb - Size: 2.5 inch - Tương thích với máy CT 64 lát (Model: Optima 660 của hãng GE) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	05
11	Màn hình	- Màn hình chuẩn hình ảnh y tế - Độ phân giải: ≥ 1 megapixel - Tỷ lệ khung hình: 5:4 pxi - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	02
12	Van khí chịu nhiệt	- Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	11
13	Van điện từ chịu nhiệt	- Chất liệu: Đồng hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Điện 1 pha: 220V - Khả năng chịu nhiệt 200-250 °C - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	06
14	Van 1 chiều	- Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: phi 49mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	02
15	Bạt dẹt cỡ 2 đầu trục chính	- Chất liệu: thép cacbon - Kích thước: 30-47mm	Cái	04

		- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
16	Lọc dầu	- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng - Kích thước: 60-110mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	02
17	Dầu nhớt	- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Lít	09
18	Co ren inox ống dẫn oxy lỏng	- Chất liệu: Inox 316 - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	03
19	Ron cao su phía trong đồng hồ	- Chất liệu: nhựa PP - Kích thước: 8-12mm - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau	Cái	03
III. DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH				
1	Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (750Kg)	Kiểm định	Thang	4
2	Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (1350Kg)	Kiểm định	Thang	8
3	Máy thận nhân tạo	Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật theo Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y Tế	Cái	29
IV.	DỊCH VỤ BẢO TRÌ (Kiểm tra máy và sửa chữa để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động trước khi bảo trì)			

1	Máy cắt vi thể Model: HM 325 Xuất xứ: Thermo Scientific-Trung Quốc	Bảo trì	Cái	01
2	Máy vùi mô Model: Histostar Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh	Bảo trì	Cái	01
3	Máy nhuộm tiêu bản Model: Varistain 24-4 Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh	Bảo trì	Cái	01
V.	DỊCH VỤ SỬA CHỮA			
1	Monitor theo dõi bệnh nhân Model: Intellivue MX450 Xuất xứ: Philips – Đức	Chi phí sửa bơm đo huyết áp không xâm lấn trong khối đo cho monitor theo dõi bệnh nhân	Máy	03
2	Tay khoan cắt nạo xoang M4 Seri: HP-21130 Model: 1898200T Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC – Mỹ	Chi phí sửa tay khoan cắt nạo xoang M4 (hỏng động cơ, không quay được)	Cái	01
3	Máy hút trung tâm Seri: FO640465 Model: MU0-064	Chi phí sửa chữa: - Trục chính đầu hút: 01 cái - Lòng trong đầu hút: 02 cái - Cánh vót tạo áp suất âm: 03 cái - Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái	Máy	01

	Xuất xứ: Korea- DOOVAC			
4	Máy hút trung tâm Seri: FR1010007 Model: MU0-064 Xuất xứ: Korea- DOOVAC	Chi phí sửa chữa: - Lòng trong đầu hút: 01 cái - Cánh vót tạo áp suất âm: 03 cái	Máy	01
5	Bồn oxy lỏng Seri: 2021-00280 Nước sản xuất: Trung Quốc	Chi phí sửa chữa: - Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái - Lò xo đồng hồ: 01 cái - Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái	Cái	01
6	Máy Holter theo dõi điện tim mạch Model: Lifecard CF Xuất xứ: Spacelabs Healthcare, Inc-USA	Chi phí sửa chữa mạch nguồn và thẻ nhớ cho máy Holter theo dõi điện tim mạch	Cái	02
7	Máy X-quang di động Model: SkanMobile Xuất xứ: Skanray Technologies Pvt.Ltd-Ấn Độ	Chi phí sửa chữa mạch điện nguồn cho máy X-quang di động	Cái	01

PHỤ LỤC 02
MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chữ, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

1. Báo giá danh mục trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ	Mã sản phẩm	Bảo hành	Hãng/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)* (10)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								
Tổng cộng									...

2. Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
4. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày ... tháng năm 2025
Giám đốc hoặc người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)